



Hospital General del Norte de Guayaquil
Los Ceibos

AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA

El Hospital General del Norte de Guayaquil los Ceibos, en cumplimiento a lo establecido en el Apéndice 4 del Anexo XII del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte y Colombia, el Perú y Ecuador por otra, se expide el siguiente aviso de Contratación Pública Prevista:

ENTIDAD CONTRATANTE:

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	HOSPITAL GENERAL DEL NORTE DE GUAYAQUIL LOS CEIBOS
RUC	0968606840001
DIRECCIÓN	AV. DEL BOMBERO KM 6,5 VÍA A LA COSTA DIAGONAL C.C RIOCENTRO CEIBOS
CONTACTO	04-380-5130 EXT 437735
COSTO POR EDICIÓN DE DOCUMENTO	\$ 0
CONDICIONES DE PAGO POR EDICIÓN DE DOCUMENTO	NO APLICA

INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE NEUROMODULACION PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL GENERAL DEL NORTE DE GUAYAQUIL LOS CEIBOS
CÓDIGO DEL PROCESO	SIE-HGNGC-055-2023
TIPO DE COMPRA	BIEN
PRESUPUESTO REFERENCIAL	NO DISPONIBLE

CANTIDAD DE LA MERCANCIA O SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD
Estimulador cerebral profunda	Generador para estimulación cerebral profunda bilateral con célula primaria que incluya: •Ancho: 50 mm - 70 mm.; •Largo: 40 mm - 52 mm; •Espesor: 8 mm - 16 mm; •Peso : 40 g - 70 g; •Duración de batería: entre 4 y 15 años, con o sin sistema de recarga; •Contactos para electrodos mínimo: 8 •Programación mínima: Amplitud: 0- 15.5 V / 0-25.5 mA.; Ancho de pulso: 60 – 450 us / 2-250Hz; Frecuencia: 2 – 1200 Hz; Posibilidad de guarda programación; •Compatibilidad 100 % con Resonancia Magnética; 2 Electrodos tetrapolares para núcleo subtálmico; 2 Extensiones para electrodos tetrapolares; 1 Programador externo para paciente; Sistema para implantación (equipo mínimo requerido); •Sistema de estereotaxia; •Software de planificación estereotáxica; •Sistema de microregistro: electrodos (6), software y hardware compatible; •Sistema microdrive; •Programador de especialista.	4
Kit de recambio de batería estimulador cerebral Profundo (DBS) implantable	Un (1) Generador de impulsos con fuentes Independientes de corriente para cada contacto con volumen entre 15 cc3 y 45 cc3, que soporte descargas totales y Batería recargable de Ion y Litio con longevidad entre 8 y 25 años. Peso entre 15 g y 50 g. Y adaptadores según el electrodo implantado. Amplitud: 0.1 - 20 MA; Frecuencia: 2-255 Hz; Ancho de Pulso: 10- 450 Us; Ciclo: 1s - 90 min; Rampa: 1 - 10 s; Un (1) Sistema de Carga Inalámbrico; Un (1) Control Remoto Inalámbrico hasta 45 cm d rango de telemetría.	2
Estimulador vagal para control de epilepsia	Generador de estimulación para nervio vago; Profundidad: 0.5 cm – 1 cm; Grosor: 4.9 cm - 5.6 cm; Peso: 22 g - 25 g; Modos de programación: Estándar, Magneto y Detectar – Responder; Cable de conexión de estimulador de nervio vago; Electrodo implantable recubierto de silicón y sistema de 3 espirales; Tunelizador para estimulador del nervio vago; Cuerpo de acero inoxidable, cobertor de polímero de etileno fluronatado; Kit de magnetos de Estimulador del nervio vago; Recubierto de polipropileno; Clips y manillas sujetadoras.	4
kit de recambio de generador de estimulación para nervio vago para el control de epilepsia	Un (1) generador de Estimulación para nervio vago; Profundidad: 0.1 cm - 1 cm; Grosor: 4.9 cm - 5.6cm; Peso: 22 g - 25g; Modo de programación: estándar, magneto y detectar - responder.	4



Hospital General del Norte de Guayaquil
Los Ceibos

PLAZO DE EJECUCIÓN	DE ACUERDO AL ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DEL PROCESO
TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA
COMPRENDERÁ DE NEGOCIACIÓN	DE SER EL CASO
COMPRENDERÁ DE SUBASTA ELECTRÓNICA	SÍ
FECHA LÍMITE PARA SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	NO APLICA
DIRECCIÓN DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS	SEGUNDO PISO DEL HOSPITAL GENERAL DEL NORTE DE GUAYAQUIL LOS CEIBOS EN LA SECRETARÍA DE LA GERENCIA GENERAL.
FECHA LÍMITE PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CRONOGRAMA DEL PLIEGO DEL PROCESO
IDIOMA PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	ESPAÑOL
CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN DE OFERTAS	DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS PLIEGOS DE PROCEDIMIENTO
CONDICIONES DE PAGO	LOS PAGOS SE REALIZARAN DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.

Mgs. Natalia Paola Moreano Jalil.

Gerente General del Hospital General del Norte de Guayaquil los Ceibos (E).