

### AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA

**CÓDIGO DEL PROCESO:** SIE-HCAM-2023-221

**OBJETO DE CONTRATACIÓN:** Adquisición de los dispositivos médicos: IMPLANTES CIRUGIA DE COLUMNA VERTEBRAL – DEFORMIDADES, para Unidad Técnica de TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA

**Datos de la Entidad Contratante:**

<b>Nombre de la Entidad Contratante</b>	Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín
<b>RUC:</b>	1768046450001
<b>Dirección:</b>	País: Ecuador, Provincia: Pichincha, Ciudad: Quito, Dirección: Avenida 18 de septiembre y calle Ayacucho
<b>Contacto:</b>	Teléfono: 022 944 400 Ext. 2222
<b>Costo por edición de documentación:</b>	USD\$ 0,00 No se cobrará por el costo de edición de la documentación.

**Descripción del Proceso de Contratación:**

<b>Objeto:</b>	Adquisición de los dispositivos médicos: IMPLANTES CIRUGIA DE COLUMNA VERTEBRAL – DEFORMIDADES, para Unidad Técnica de TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA
<b>Código de Proceso en SERCOP:</b>	SIE-HCAM-2023-221
<b>Código CPC:</b>	352901091
<b>Código Cpc Nivel 5:</b>	35290
<b>Tipo de Adquisición:</b>	Contratación de BIEN normalizado
<b>Monto Sin IVA:</b>	\$ 796.169,25 (SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 25/100 dólares de los Estados Unidos de América) más IVA 12%.
<b>Condiciones de Pago:</b>	<p>El pago se realizará de manera mensual, conforme a los dispositivos médicos efectivamente recibidos en el mes, el administrador del contrato deberá presentar un informe en cada pago.</p> <p>El pago se efectuará contra entrega al finalizar cada entrega parcial, conforme el cronograma establecido en el numeral 12 plazo de ejecución de las especificaciones técnicas, previa presentación del informe de entera satisfacción por parte del administrador del contrato, suscripción del acta de entrega recepción correspondiente conforme lo establecido en el artículo 325 del RGLOSNCP y la respectiva factura.</p>

<b>Plazo de ejecución:</b>	El plazo de ejecución para la entrega del dispositivo médico en mención es de Cuatrocientos cincuenta días (450), contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, el cual finalizará con el cumplimiento del plazo establecido o hasta que se devengue el total del presupuesto de la contratación, lo que ocurra primero.			
<b>Cantidad de mercadería o servicio objeto de la contratación:</b>	<b>DETALLE</b>	<b>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA</b>	<b>PRESENTACIÓN</b>	<b>CANTIDAD REQUERIDA</b>
	Sistema de corrección de deformidades de columna (escoliosis)	Sistema corrector de deformidades tipo escoliosis, consta de: Veinte (20) tornillos transpediculares poliaxiales desde 3.0 mm hasta 8.0 mm de diámetro; por 30 mm hasta 60 mm de longitud, disponer de tornillos debajo perfil con sistema pediátrico y de adulto. Veinte (20) casquillos poliaxiales standard o doble de la misma aleación de titanio preferentemente sin vanadio. Dos (2) barras cilíndricas de la misma aleación de titanio de 5.0 mm a 6.5 mm de diámetro compatible con el diámetro del casquillo del tornillo transpedicular; hasta 500 mm de longitud. Veinte (20) tapones de cierre. Dos (2) cross link. Un (1) sistema de monitoreo neurofisiológico. Matriz ósea desmineralizada 30 cc en pasta o granulado, en presentaciones desde 5 cc hasta 15 cc Ocho (8) tornillos de rescate expansibles ó fenestrados de 6.5 mm y 7.5 mm de diámetro por 35 mm hasta 45 mm de longitud de igual aleación. Dos (2) conectores barra-barra de igual aleación. Ocho (8) ganchos sublaminares de igual aleación con sus respectivas tuercas de bloqueo. Cuatro (4) conectores gancho- barra o barra-casquillo con sus respectivas tuercas de bloqueo. Una (1) dosis de cemento quirúrgico de 30 g de baja viscosidad.	KIT	15
Sistema para espondilolistesis torácica - toracolumbar	Sistema para espondilolistesis (artrodesis) contiene: Ocho (8) tornillos transpediculares poliaxiales standar o de reducción, sólido o canulado con fenestración para aumentación de aleación de titanio preferentemente sin vanadio, con capacidad para aumentación con cemento óseo para vertebroplastia desde 3.5 mm hasta 8.0 mm de diámetro por 35 mm hasta 60 mm de longitud. Ocho (8) tornillos transpediculares poliaxiales standar o de reducción, sólido o canulado con fenestración para aumentación de aleación de titanio preferentemente sin vanadio, con capacidad para aumentación con cemento óseo para vertebroplastia desde 3.5 mm hasta 8.0 mm de diámetro por 35 mm hasta 60 mm de longitud. Dos (2) barras cilíndricas de la misma aleación de titanio de 5.0 mm de diámetro o compatible con el diámetro del casquillo de 50 mm hasta 200 mm de longitud. Ocho (8) contratuercas de la misma aleación para casquillos. Os (2) dispositivos de poliéster éster cetónico tipo banana para fusión intersomática con todo el instrumental adecuado para colocar las mismas. Matriz ósea desmineralizada 10 cc en pasta o granulado. Un (1) cross link (barra transversal de unión)	KIT	30	

	Cajas intersomáticas para fusión lumbar anterior (ALIF) con sustituto oseo	Set de colocación de cajas intersomáticas para fusión lumbar anterior que conste de: Iniciadores, raspas, dilatadores, probadores. Una (1) caja intersomática lumbar tipo ALIF de esther ketonico de poliester (PEEK) radiotransparente con marcadores de rayos X, altura de 7 mm a 17 mm, ancho de 7 mm a 13 mm, longitud de 27 mm a 39 mm, profundidad de 21 mm a 30 mm, con angulaciones de 8 a 15 grados de lordosis.	KIT	15
<b>Tipo de compra:</b>	Bien			
<b>Comprenderá negociación:</b>	Conforme la normativa legal vigente, de ser el caso.			
<b>Tipo de Procedimiento:</b>	Subasta Inversa Electrónica			
<b>Comprenderá negociación:</b>	Conforme la normativa legal vigente, de ser el caso.			
<b>Fecha límite para presentación de solicitudes:</b>	No aplica			
<b>Dirección para presentación de ofertas:</b>	País: Ecuador, Provincia: Pichincha, Ciudad: Quito, Dirección: Avenida 18 de septiembre y Ayacucho, remitirse a lo establecido en el numeral 4.1.1 del pliego.			
<b>Fecha límite de presentación de ofertas:</b>	De conformidad con lo establecido en el pliego del procedimiento de contratación.			
<b>Idioma de presentación de las ofertas:</b>	Español			
<b>Condiciones para la presentación de los proveedores:</b>	De conformidad con lo establecido en el pliego del procedimiento de contratación			

**DR. JORGE LUIS PEÑAHERRERA YANEZ**  
**GERENTE GENERAL (E)**  
**HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARÍN**